



**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg**

tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/3/2015

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Elbląg dnia 20.02.2015r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

INFORMACJA o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr spr. ZP/3/2015

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

STRYKER POLSKA Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

Pakiet nr 36

Wartość netto 65 690,00 zł

Wartość brutto 70 945,20 zł

DUOLUX MEDICAL ul. Błażeja 70 D, 61-608 Poznań

Pakiet nr 27

Wartość netto 1 330,00 zł

Wartość brutto 1 436,40 zł

Biameditek Sp. z o.o. ul. Skłodowa 12, 15-399 Białystok

Pakiet nr 11

Wartość netto 2 100,00 zł

Wartość brutto 2 268,00 zł

Pakiet nr 13

Wartość netto 750,00 zł

Wartość brutto 810,00 zł

Pakiet nr 14

Wartość netto 1 760,00 zł

Wartość brutto 1 900,80 zł

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

Pakiet nr 3

Wartość netto 1 900,00 zł

Wartość brutto 2 052,00 zł

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

Pakiet nr 40

Wartość netto 5 990,90 zł

Wartość brutto 6 470,17 zł

POLHERNIA Beata Galos ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk

Pakiet nr 41

Wartość netto 6 100,00 zł

Wartość brutto 6 588,00 zł

Pakiet nr 42

Wartość netto 14 400,00 zł

Wartość brutto 15 552,00 zł

Pakiet nr 43

Wartość netto 6 500,00 zł

Wartość brutto 7 020,00 zł

Skamex Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Pakiet nr 2

Wartość netto 10 518,00 zł

Wartość brutto 11 359,44 zł

Pakiet nr 12

Wartość netto 76 017,50 zł

Wartość brutto 82 098,90 zł

Pakiet nr 18

Wartość netto 11 749,50 zł

Wartość brutto 12 689,46 zł

Pakiet nr 26

Wartość netto 34 100,00 zł

Wartość brutto 36 828,00 zł

Pakiet nr 34

Wartość netto 1 900,00 zł

Wartość brutto 2 052,00 zł

Covidien Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Pakiet nr 20

Wartość netto 1 607,50 zł

Wartość brutto 1 736,10 zł

Pakiet nr 21



**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg**

tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/3/2015

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Wartość netto 14 833,60 zł

Wartość brutto 16 020,29 zł

Pakiet nr 28

Wartość netto 12 545,60 zł

Wartość brutto 13 549,25 zł

Pakiet nr 29

Wartość netto 7 043,84 zł

Wartość brutto 7 607,35 zł

Pakiet nr 31

Wartość netto 1 560,00 zł

Wartość brutto 1 684,80 zł

WARDA Sp. z o.o. Przyłęki ul. Korzenna 5, 86-005 Białe Błota

Pakiet nr 22

Wartość netto 1 420,00 zł

Wartość brutto 1 533,60 zł

MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Wawrzyniaka 6 W, 70-392 Szczecin

Pakiet nr 33

Wartość netto 18 650,00 zł

Wartość brutto 20 142,00 zł

Zimmer Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa

Pakiet nr 1

Wartość netto 1 660,00 zł

Wartość brutto 1 792,80 zł

PROFILAB s.c. ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa

Pakiet nr 16

Wartość netto 5 495,05 zł

Wartość brutto 5 940,08 zł

AKME Sp. z o.o. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa

Pakiet nr 19

Wartość netto 34 715,00 zł

Wartość brutto 37 492,20 zł

Promed S.A. ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa

Pakiet nr 24

Wartość netto 1 300,00 zł

Wartość brutto 1 404,00 zł

Pakiet nr 38

Wartość netto 3 285,00 zł

Wartość brutto 3 547,80 zł

Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

Pakiet nr 9

Wartość netto 190,00 zł

Wartość brutto 205,20 zł

Pakiet nr 15

Wartość netto 1 481,62 zł

Wartość brutto 1 600,15 zł

Pakiet nr 17

Wartość netto 61 840,30 zł

Wartość brutto 67 092,72 zł

Pakiet nr 23

Wartość netto 2 100,00 zł

Wartość brutto 2 268,00 zł

Pakiet nr 39

Wartość netto 6 717,00 zł

Wartość brutto 7 254,36 zł

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

Pakiet nr 32

Wartość netto 580,00 zł

Wartość brutto 626,40 zł

ZARYS International Group Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Pakiet nr 4

Wartość netto 200,20 zł

Wartość brutto 216,22 zł


Pakiet nr 35

Wartość netto 3 438,00 zł

Wartość brutto 3 713,04 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż 26.02.2015r.

W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

	<p style="text-align: center;">Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/</p>	<p>Nr sprawy: ZP/3/2015</p>
<p style="text-align: center;">Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku</p>		

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92.1 ustawy Pzp.

Oferta nr 1:

STRYKER POLSKA Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

Pakiet nr 36

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 2:

ROVERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno

Pakiet nr 15

C = 54,18, T = 1, Suma punktów C + T = 55,18

Oferta nr 3:

DUOLUX MEDICAL ul. Błażeja 70 D, 61-608 Poznań

Pakiet nr 27

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 4:

IMC IMPOMED CENTRUM S.A. ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa

Pakiet nr 3

C = 72,35, T = 5, Suma punktów C + T = 77,35

Oferta nr 5:

Biameditek Sp. z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok

Pakiet nr 11

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 13

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 14

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 6:

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

Pakiet nr 3

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 7:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

Pakiet nr 40

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 8:

POLHERNIA Beata Galos ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk

Pakiet nr 41

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 42

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 43

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 9:

KPR Medis Rafał Komenda ul. Zarosie 39, 30-898 Kraków

Pakiet 41,42,43

Zamawiający stwierdził, iż dokumenty nie określają zgodności oferowanego produktu z wymogami zawartymi w SIWZ. Certyfikat zgodności o numerze 2195-MED-1117501 przedstawiony przez Wykonawcę nie wskazuje na asortyment proponowany przez Wykonawcę. W załączniku asortymentowo – cenowym dot. pakietu 41 w pozycji dot. nr katalogowego produktu Wykonawca zaoferował produkt o nazwie „Betamix Taśma” o numerze katalogowym „BTVS”. Dołączony do oferty certyfikat nie zawiera danych potwierdzających, iż dotyczy on zaoferowanego produktu. W załączniku asortymentowo-cenowym dot. pakietu 42 w poz. numeru katalogowego Wykonawca wpisał „BTPO4” a w nazwie handlowej „Betamix Siatka 4” żadne z podanych oznaczeń produktu nie znajduje się w przedstawionym certyfikacie. W załączniku asortymentowo – cenowym dot. pakietu nr 43 w poz. numeru katalogowego Wykonawca wpisał oznaczenie „BTPO2” a w pozycji nazwa handlowa Wykonawca wpisał „Betami Siatka 2” podane oznaczenia nie mają odzwierciedlenia w przedstawionym certyfikacie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2011.16.74) w Załączniku Nr 2 Deklaracja Zgodności WE pełny system zapewnienia jakości w pkt. 2 „Deklaracja zgodności WE – pełny system zapewnienia jakości jest procedurą, zgodnie z którą wytwórca wypełniający zobowiązania określone w ust. 1 zapewnia i oświadcza, że dane wyroby medyczne spełniają odnoszące się do tych wyrobów wymagania. Wytwórca oznakuje te wyroby znakiem CE oraz sporządza pisemną deklarację zgodności. Deklaracja ta obejmuje jeden lub więcej wytworzonych wyrobów medycznych, wyraźnie zidentyfikowanych nazwą, kodem wyrobu lub w inny jednoznaczny sposób, i musi być przechowywana przez wytwórcę”. Deklaracja zgodności przekazana przez Wykonawcę nie spełnia powyższych kryteriów.

Ponad to Wykonawca nie dostarczył aktualnego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.). Dokument przedstawiony przez Wykonawcę zawiera jedynie zbiorcze zestawienie wpłat nr 03783/2014 Duplikat wystawiony w dniu 21.01.2015 Wystawca: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W przedstawionym dokumencie nie występuje żadna z podanych w pakietach 41,42,43 nazwa handlowa oraz numery katalogowe. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 10:

P.P.H „RowLAM” s.c. ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz

Pakiet nr 32

C = 91,10, T = 1, Suma punktów C + T = 91,10 + 1 = 92,10



**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg**

tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/3/2015

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Oferta nr 11:

Dräger Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

Pakiet nr 14

C = 77,77, T = 1, Suma punktów C + T = 77,77 + 1 = 78,77

Oferta nr 12:

Skamex Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Pakiet nr 2

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 4

C = 75,47, T = 1, Suma punktów C + T = 75,47 + 1 = 76,47

Pakiet nr 12

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 18

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 26

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 34

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 35

C = 55,12, T = 1, Suma punktów C + T = 55,12 + 1 = 56,12

Pakiet nr 39

C = 90,83, T = 1, Suma punktów C + T = 90,83 + 1 = 91,83

Oferta nr 13:

Covidien Polska Sp. z o.o. ul. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Pakiet nr 20

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 21

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 28

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 29

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 31

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 14:

WARDA Sp. z o.o. Przyłęki ul. Korzenna 5, 86-005 Białe Błota

Pakiet 6

Zamawiający stwierdził niezgodność pomiędzy wysokości stawki podatku VAT tj. 23% a dokumentami załączonymi do powyższego pakietu wskazującymi, iż proponowany asortyment jest produktem medycznym. Stawka podatku VAT na wyroby medyczne powinna wynosić 8%. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego dostąpił dokument wyjaśniający zaistniałą pomyłkę. Jednakże na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp oraz dwóch jednobrzmiących uchwał Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11) dotyczących stawki podatku VAT w ofertach, Zamawiający zmuszony jest potraktować ten błąd jako błąd w obliczeniu ceny.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp, gdyż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Pakiet nr 22

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 15:

NZ TECHNO Sp. z o.o. ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa

Pakiet nr 22

C = 67,45, T = 5, Suma punktów C + T = 67,45 + 5 = 72,45

Oferta nr 16:

MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group ul. Wawrzyniaka 6 W, 70-392 Szczecin

Pakiet nr 11

C = 60,73 T = 1, Suma punktów C + T = 60,73 + 1 = 61,73

Pakiet nr 14

C = 49,32, T = 1, Suma punktów C + T = 49,32 + 1 = 50,32

Pakiet nr 33

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 17:

Zimmer Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa

Pakiet nr 1

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 18:

PROFILAB s.c. ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa

Pakiet nr 16

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 19:

BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

Pakiet nr 16



**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg**

tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50
e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/3/2015

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Zamawiający stwierdził niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamieszczonymi w SIWZ. Niezgodność dotyczy pozycji:

- nr 12, Zamawiający wymagał: „Strzykawki heparyzowane do pobierania krwi do gazometrii o poj. 1 ml, sterylne, pakowane pojedynczo.” Wykonawca zaoferował strzykawki o pojemności 2,3 ml.

- nr 13 Zamawiający wymagał: „Pałeczki do wymazów o dł. użytkowej 13 cm w probówce transportowej, aplikator z tworzywa, sterylna”, Wykonawca zaoferował pałeczki o dł. użytkowej 15 cm. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 20:

AKME Sp. z o.o. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa

Pakiet nr 19

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 21:

Albis Mazur Sp. z o.o. ul. Stawiszyńska 10/2, 62-800 Kalisz

Pakiet nr 41,42

Zamawiający stwierdził, iż dokumenty nie określają zgodności oferowanego produktu z wymogami zawartymi w SIWZ. Certyfikat zgodności o numerze 2195-MED-1117501 przedstawiony przez Wykonawcę nie wskazuje na asortyment proponowany przez Wykonawcę. W załączniku asortymentowo - cenowym dot. pakietu 41 w pozycji dot. numeru katalogowego produktu Wykonawca zaoferował produkt o nazwie handlowej „Albis Sling” o numerze katalogowym „B0001”. Dołączony do oferty certyfikat nie zawiera danych potwierdzających, iż dotyczy on zaoferowanego produktu. W załączniku asortymentowo-cenowym dot. pakietu 42 w poz. numeru katalogowego Wykonawca wpisał „B0023” i „B0026” a w nazwie handlowej „Albis Mesh Anterior (7,5cm)” i „Albis Mesh Anterior (6cm)” żadne z podanych oznaczeń produktu nie znajduje się w przedstawionym certyfikacie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U.2011.16.74) w Załączniku Nr 2 Deklaracja Zgodności WE pełny system zapewnienia jakości w pkt. 2 „ Deklaracja zgodności WE – pełny system zapewnienia jakości jest procedurą, zgodnie z którą wytwórca wypełniający zobowiązania określone w ust. 1 zapewnia i oświadcza , że dane wyroby medyczne spełniają odnoszące się do tych wyrobów wymagania. Wytwórca oznakuje te wyroby znakiem CE oraz sporządza pisemną deklarację zgodności. Deklaracja ta obejmuje jeden lub więcej wytworzonych wyrobów medycznych, wyraźnie zidentyfikowanych nazwą, kodem wyrobu lub w inny jednoznaczny sposób, i musi być przechowywana przez wytwórcę”. Deklaracja zgodności przekazana przez Wykonawcę nie spełnia powyższych kryteriów.

Ponad to w przedstawionym wykazie wyrobów objętych powiadomieniem (wystawionym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) w odniesieniu do pakietu nr 42 nie występują nazwy handlowe podane przez Wykonawcę tj. „Albis Mesh Anterior (7,5 cm)” i „Albis Mesh Anterior (6 cm)”.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 22:

Promed S.A. ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa

Pakiet nr 11

C = 83,13, T = 5, Suma punktów C + T = 83,13 + 5 = 88,13

Pakiet nr 14

C = 72,70, T = 5, Suma punktów C + T = 72,70 + 5 = 77,70

Pakiet nr 24

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 38

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 23:

Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

Pakiet nr 9

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 15

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 17

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 23

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 27

C = 90,25, T = 5, Suma punktów C + T = 90,25 + 5 = 95,25

Pakiet nr 39

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 24:

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

Pakiet nr 15

C = 91,52, T = 5, Suma punktów C + T = 91,52 + 5 = 96,52

Pakiet nr 32

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Oferta nr 25:

ZARYS International Group Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Pakiet nr 4

C = 95, T = 5, Suma punktów C + T = 95 + 5 = 100

Pakiet nr 9

C = 85,95, T = 5, Suma punktów C + T = 85,95 + 5 = 90,95

Pakiet nr 15



**Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg**

tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50

e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl , <http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/>

Nr sprawy:
ZP/3/2015

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

$C = 83,71, T = 5, \text{ Suma punktów } C + T = 83,71 + 5 = 88,71$

Pakiet nr 35

$C = 95, T = 5, \text{ Suma punktów } C + T = 95 + 5 = 100$

Pakiet 44

Zamawiający stwierdził niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami zamieszczonymi w SIWZ. Niezgodność dotyczy pozycji nr 1 „Jałowa Chłonna, gąbka żelatynowa, nierozpuszczalna w wodzie, posiadająca działanie hemostatyczne. Rozmiar 5cm x 7 cm x 1 cm „ Wykonawca zaoferował produkt o nazwie handlowej Equispon Standard o wymiarach 80(70)x50x10 mm. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr 5, 7, 8, 10, 25, 30, 37 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie wpłynęła żadna oferta.

W imieniu Zamawiającego
DYREKTOR
mgr Wiesława Lech