

	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/	Nr sprawy: ZP/24/2015
	Przetarg nieograniczony dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do urządzeń medycznych.	

Elbląg dnia 30.07.2015r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

INFORMACJA o wynikach postępowania na dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do urządzeń medycznych. Nr spr. ZP/24/2015

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do urządzeń medycznych zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

SORIMEX sp. z o.o. , ul. Równinna 25, 87-100 Toruń

Pakiet nr 2

Wartość netto: 7 072,82 zł

Wartość brutto: 7 638,65 zł

Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819 Zabrze

Pakiet nr 4

Wartość netto: 436,50 zł

Wartość brutto: 471,42 zł

Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

Pakiet nr 8

Wartość netto: 22 563,67 zł

Wartość brutto: 25 323,21 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych może zostać podpisana nie wcześniej niż 05.08.2015r.

W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy Pzp.

Oferta nr 1

SORIMEX sp. z o.o. , ul. Równinna 25, 87-100 Toruń

Pakiet nr 2

C = 97, T = 3 Suma punktów C + T = 97 + 3 = 100

Oferta nr 2

Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej – Curie 34, 41-819 Zabrze

Pakiet nr 2

C = 96,44 , T = 2 Suma punktów C + T = 96,44 + 2 = 98,44

Pakiet nr 4

C = 97, T = 2 Suma punktów C + T = 97 + 2 = 99

Oferta nr 3

Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

Pakiet nr 8

C = 97, T = 1 Suma punktów C + T = 97 + 1 = 98

Oferta nr 4

Bialmed sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska

Pakiet nr 1

Zamawiający stwierdził, iż dokumenty nie określają zgodności oferowanego produktu z wymogami zawartymi w SIWZ. W zakresie pozycji nr 15 dotyczącej „Wanienka z polipropylenu z sitem z PCV, 16l, do dezynfekcji narzędzi, wym. wewn. 480 x 270 x 140mm” z załączonego przez Wykonawcę materiału informacyjnego producenta wynika, iż oferowany produkt nie odpowiada wymiarom wymaganym przez Zamawiającego . Wykonawca zaoferował wannę dezynfekcyjną o poj. 16l o wymiarze wewnętrznym 525 x 325 x 150. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr 1, 3,5,6 i 7 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor

mgr Wiesława Lech