	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Elbląg dnia 05.04.2016r.

### Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

**INFORMACJA** o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Nr spr. ZP/13/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

#### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

Wartość netto: 780,00 zł

Wartość brutto: 959,40 zł

#### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

Wartość netto: 22 000,00 zł

Wartość brutto: 23 760,00 zł

#### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

Wartość netto: 11 960,00 zł

Wartość brutto: 12 916,80 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto: 57 250,00 zł

Wartość brutto: 61 830,00 zł

#### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

Wartość netto: 14 558,50 zł

Wartość brutto: 15 723,18 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **11.04.2016r.** W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Oferta nr 2:

#### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

C=97 pkt., T=1 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 1 = 98 pkt.

Oferta nr 3:

#### **Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław**

Pakiet nr 7

C=97 pkt., T=3 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 3 = 100 pkt.

Oferta nr 4:

#### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 5:

#### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Pakiet nr 3


C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 8:

#### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie (dot. Pakietu nr 7). Oferta złożona przez Wykonawcę na Pakiet nr 7 jest złożona nieprawidłowo, gdyż nie uwzględnia zmian dokonanych w dniu 21.03.2016 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta jest nieporównywalna z ofertami złożonymi przez pozostałych Wykonawców na Pakiet nr 7, ponieważ oferty pozostałych Wykonawców zostały złożone z uwzględnieniem zmian dot. rozdzielenia asortymentu na dwa odrębne Pakiety. W dniu 21.03.2016 roku Zamawiający w odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców przychylił się do wniosku Wykonawców i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rozdzielił asortyment wymieniony w dwóch pakietach tj. **Pakiet nr 7 (poz. 1-5)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 7 (poz.1- 4) i Pakiet nr 10 (poz. 1) oraz **Pakiet nr 3 (poz. 1-8)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 3 (poz. 1-4) i Pakiet nr 9 (poz. 1-4). W dniu 21.03.2016r. zostało zamieszczone w **BZP** ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 29087-2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zmienionym SIWZ , załącznikami o numerach od 1.1-1.10 oraz odpowiedzią udzieloną na pytania Wykonawców, w której treści była zawarta informacja o dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez SUN – MED s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91 – 845 Łódź (dot. Pakietu nr 7). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (Rozdział VI B pkt. 1) „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) tj. posiada wpis do rejestru ewidencji wyrobów medycznych, deklarację zgodności , certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedni dla poszczególnych klas wyrobów medycznych począwszy od klasy I sterylnej. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji.” W odniesieniu do Pakietu nr 7 w zakresie poz. 3 i 4 Wykonawca złożył oświadczenie, iż asortyment nie był dotychczas sprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z uwagi na powyższe Wykonawca „nie posiada powiadomienia Prezesa Urzędu „(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Plus Sp. z o.o. Sonologic, sp.k., ul. Kresowa 7A lok 10, 22-400 Zamość (dot. Pakietu nr 7). W odniesieniu do asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 7 dot. pozycji nr 2 Zamawiający wymagał następującego wyrobu „Szczypczyki biopsyjne do endoskopii, wielorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator”. Zgodnie z zał. 1.7 w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie - szczypce biopsyjne w.u. , o numerze katalogowym WF-1816BS, producent– Wilson. Zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu załączonym przez Wykonawcę do oferty, oferowane szczypczyki posiadają Ø 1,9 mm, Zamawiający wymagał szczypczyków o Ø 1,8 mm, oferowany produkt jest niezgodny z SIWZ. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietu nr **7** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr: **1,4,5,10** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor  
mgr Wiesława Lech

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Elbląg dnia 05.04.2016r.

### Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

**INFORMACJA** o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Nr spr. ZP/13/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

#### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

Wartość netto: 780,00 zł

Wartość brutto: 959,40 zł

#### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

Wartość netto: 22 000,00 zł

Wartość brutto: 23 760,00 zł

#### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

Wartość netto: 11 960,00 zł

Wartość brutto: 12 916,80 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto: 57 250,00 zł

Wartość brutto: 61 830,00 zł

#### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

Wartość netto: 14 558,50 zł

Wartość brutto: 15 723,18 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **11.04.2016r.** W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Oferta nr 2:

#### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

C=97 pkt., T=1 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 1 = 98 pkt.

Oferta nr 3:

#### **Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław**

Pakiet nr 7

C=97 pkt., T=3 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 3 = 100 pkt.

Oferta nr 4:

#### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 5:

#### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Pakiet nr 3


C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 8:

#### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie (dot. Pakietu nr 7). Oferta złożona przez Wykonawcę na Pakiet nr 7 jest złożona nieprawidłowo, gdyż nie uwzględnia zmian dokonanych w dniu 21.03.2016 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta jest nieporównywalna z ofertami złożonymi przez pozostałych Wykonawców na Pakiet nr 7, ponieważ oferty pozostałych Wykonawców zostały złożone z uwzględnieniem zmian dot. rozdzielenia asortymentu na dwa odrębne Pakiety. W dniu 21.03.2016 roku Zamawiający w odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców przychylił się do wniosku Wykonawców i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rozdzielił asortyment wymieniony w dwóch pakietach tj. **Pakiet nr 7 (poz. 1-5)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 7 (poz.1- 4) i Pakiet nr 10 (poz. 1) oraz **Pakiet nr 3 (poz. 1-8)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 3 (poz. 1-4) i Pakiet nr 9 (poz. 1-4). W dniu 21.03.2016r. zostało zamieszczone w **BZP** ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 29087-2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zmienionym SIWZ , załącznikami o numerach od 1.1-1.10 oraz odpowiedzią udzieloną na pytania Wykonawców, w której treści była zawarta informacja o dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez SUN – MED s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91 – 845 Łódź (dot. Pakietu nr 7). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (Rozdział VI B pkt. 1) „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) tj. posiada wpis do rejestru ewidencji wyrobów medycznych, deklarację zgodności , certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedni dla poszczególnych klas wyrobów medycznych począwszy od klasy I sterylnej. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji.” W odniesieniu do Pakietu nr 7 w zakresie poz. 3 i 4 Wykonawca złożył oświadczenie, iż asortyment nie był dotychczas sprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z uwagi na powyższe Wykonawca „nie posiada powiadomienia Prezesa Urzędu „(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Plus Sp. z o.o. Sonologic, sp.k., ul. Kresowa 7A lok 10, 22-400 Zamość (dot. Pakietu nr 7). W odniesieniu do asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 7 dot. pozycji nr 2 Zamawiający wymagał następującego wyrobu „Szczypczyki biopsyjne do endoskopii, wielorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator”. Zgodnie z zał. 1.7 w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie - szczypce biopsyjne w.u. , o numerze katalogowym WF-1816BS, producent– Wilson. Zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu załączonym przez Wykonawcę do oferty, oferowane szczypczyki posiadają Ø 1,9 mm, Zamawiający wymagał szczypczyków o Ø 1,8 mm, oferowany produkt jest niezgodny z SIWZ. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietu nr **7** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr: **1,4,5,10** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor  
mgr Wiesława Lech

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Elbląg dnia 05.04.2016r.

### Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

**INFORMACJA** o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Nr spr. ZP/13/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

#### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

Wartość netto: 780,00 zł

Wartość brutto: 959,40 zł

#### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

Wartość netto: 22 000,00 zł

Wartość brutto: 23 760,00 zł

#### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

Wartość netto: 11 960,00 zł

Wartość brutto: 12 916,80 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto: 57 250,00 zł

Wartość brutto: 61 830,00 zł

#### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

Wartość netto: 14 558,50 zł

Wartość brutto: 15 723,18 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **11.04.2016r.** W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Oferta nr 2:

#### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

C=97 pkt., T=1 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 1 = 98 pkt.

Oferta nr 3:

#### **Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław**

Pakiet nr 7

C=97 pkt., T=3 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 3 = 100 pkt.

Oferta nr 4:

#### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 5:

#### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Pakiet nr 3


C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 8:

#### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie (dot. Pakietu nr 7). Oferta złożona przez Wykonawcę na Pakiet nr 7 jest złożona nieprawidłowo, gdyż nie uwzględniła zmian dokonanych w dniu 21.03.2016 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta jest nieporównywalna z ofertami złożonymi przez pozostałych Wykonawców na Pakiet nr 7, ponieważ oferty pozostałych Wykonawców zostały złożone z uwzględnieniem zmian dot. rozdzielenia asortymentu na dwa odrębne Pakiety. W dniu 21.03.2016 roku Zamawiający w odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców przychylił się do wniosku Wykonawców i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rozdzielił asortyment wymieniony w dwóch pakietach tj. **Pakiet nr 7 (poz. 1-5)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 7 (poz.1- 4) i Pakiet nr 10 (poz. 1) oraz **Pakiet nr 3 (poz. 1-8)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 3 (poz. 1-4) i Pakiet nr 9 (poz. 1-4). W dniu 21.03.2016r. zostało zamieszczone w **BZP** ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 29087-2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zmienionym SIWZ , załącznikami o numerach od 1.1-1.10 oraz odpowiedzią udzieloną na pytania Wykonawców, w której treści była zawarta informacja o dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez SUN – MED s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91 – 845 Łódź (dot. Pakietu nr 7). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (Rozdział VI B pkt. 1) „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) tj. posiada wpis do rejestru ewidencji wyrobów medycznych, deklarację zgodności , certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedni dla poszczególnych klas wyrobów medycznych począwszy od klasy I sterylnej. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji.” W odniesieniu do Pakietu nr 7 w zakresie poz. 3 i 4 Wykonawca złożył oświadczenie, iż asortyment nie był dotychczas sprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z uwagi na powyższe Wykonawca „nie posiada powiadomienia Prezesa Urzędu „(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Plus Sp. z o.o. Sonologic, sp.k., ul. Kresowa 7A lok 10, 22-400 Zamość (dot. Pakietu nr 7). W odniesieniu do asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 7 dot. pozycji nr 2 Zamawiający wymagał następującego wyrobu „Szczypczyki biopsyjne do endoskopii, wielorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator”. Zgodnie z zał. 1.7 w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie - szczypce biopsyjne w.u. , o numerze katalogowym WF-1816BS, producent– Wilson. Zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu załączonym przez Wykonawcę do oferty, oferowane szczypczyki posiadają Ø 1,9 mm, Zamawiający wymagał szczypczyków o Ø 1,8 mm, oferowany produkt jest niezgodny z SIWZ. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietu nr **7** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr: **1,4,5,10** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor  
mgr Wiesława Lech

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Elbląg dnia 05.04.2016r.

### Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

**INFORMACJA** o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Nr spr. ZP/13/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

#### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

Wartość netto: 780,00 zł

Wartość brutto: 959,40 zł

#### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

Wartość netto: 22 000,00 zł

Wartość brutto: 23 760,00 zł

#### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

Wartość netto: 11 960,00 zł

Wartość brutto: 12 916,80 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto: 57 250,00 zł

Wartość brutto: 61 830,00 zł

#### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

Wartość netto: 14 558,50 zł

Wartość brutto: 15 723,18 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **11.04.2016r.** W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Oferta nr 2:

#### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

C=97 pkt., T=1 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 1 = 98 pkt.

Oferta nr 3:

#### **Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław**

Pakiet nr 7

C=97 pkt., T=3 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 3 = 100 pkt.

Oferta nr 4:

#### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 5:

#### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Pakiet nr 3


C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 8:

#### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie (dot. Pakietu nr 7). Oferta złożona przez Wykonawcę na Pakiet nr 7 jest złożona nieprawidłowo, gdyż nie uwzględnia zmian dokonanych w dniu 21.03.2016 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta jest nieporównywalna z ofertami złożonymi przez pozostałych Wykonawców na Pakiet nr 7, ponieważ oferty pozostałych Wykonawców zostały złożone z uwzględnieniem zmian dot. rozdzielenia asortymentu na dwa odrębne Pakiety. W dniu 21.03.2016 roku Zamawiający w odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców przychylił się do wniosku Wykonawców i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rozdzielił asortyment wymieniony w dwóch pakietach tj. **Pakiet nr 7 (poz. 1-5)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 7 (poz.1- 4) i Pakiet nr 10 (poz. 1) oraz **Pakiet nr 3 (poz. 1-8)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 3 (poz. 1-4) i Pakiet nr 9 (poz. 1-4). W dniu 21.03.2016r. zostało zamieszczone w **BZP** ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 29087-2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zmienionym SIWZ , załącznikami o numerach od 1.1-1.10 oraz odpowiedzią udzieloną na pytania Wykonawców, w której treści była zawarta informacja o dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez SUN – MED s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91 – 845 Łódź (dot. Pakietu nr 7). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (Rozdział VI B pkt. 1) „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) tj. posiada wpis do rejestru ewidencji wyrobów medycznych, deklarację zgodności , certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedni dla poszczególnych klas wyrobów medycznych począwszy od klasy I sterylnej. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji.” W odniesieniu do Pakietu nr 7 w zakresie poz. 3 i 4 Wykonawca złożył oświadczenie, iż asortyment nie był dotychczas sprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z uwagi na powyższe Wykonawca „nie posiada powiadomienia Prezesa Urzędu „(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Plus Sp. z o.o. Sonologic, sp.k., ul. Kresowa 7A lok 10, 22-400 Zamość (dot. Pakietu nr 7). W odniesieniu do asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 7 dot. pozycji nr 2 Zamawiający wymagał następującego wyrobu „Szczypczyki biopsyjne do endoskopii, wielorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator”. Zgodnie z zał. 1.7 w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie - szczypce biopsyjne w.u. , o numerze katalogowym WF-1816BS, producent– Wilson. Zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu załączonym przez Wykonawcę do oferty, oferowane szczypczyki posiadają Ø 1,9 mm, Zamawiający wymagał szczypczyków o Ø 1,8 mm, oferowany produkt jest niezgodny z SIWZ. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietu nr **7** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr: **1,4,5,10** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor  
mgr Wiesława Lech



	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Elbląg dnia 05.04.2016r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

**INFORMACJA** o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Nr spr. ZP/13/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

Wartość netto: 780,00 zł

Wartość brutto: 959,40 zł

### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

Wartość netto: 22 000,00 zł

Wartość brutto: 23 760,00 zł

### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

Wartość netto: 11 960,00 zł

Wartość brutto: 12 916,80 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto: 57 250,00 zł

Wartość brutto: 61 830,00 zł

### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

Wartość netto: 14 558,50 zł

Wartość brutto: 15 723,18 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **11.04.2016r.** W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Oferta nr 2:

### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

C=97 pkt., T=1 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 1 = 98 pkt.

Oferta nr 3:

### **Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław**

Pakiet nr 7

C=97 pkt., T=3 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 3 = 100 pkt.

Oferta nr 4:

### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 5:

### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Pakiet nr 3


C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 8:

### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie (dot. Pakietu nr 7). Oferta złożona przez Wykonawcę na Pakiet nr 7 jest złożona nieprawidłowo, gdyż nie uwzględnia zmian dokonanych w dniu 21.03.2016 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta jest nieporównywalna z ofertami złożonymi przez pozostałych Wykonawców na Pakiet nr 7, ponieważ oferty pozostałych Wykonawców zostały złożone z uwzględnieniem zmian dot. rozdzielenia asortymentu na dwa odrębne Pakiety. W dniu 21.03.2016 roku Zamawiający w odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców przychylił się do wniosku Wykonawców i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rozdzielił asortyment wymieniony w dwóch pakietach tj. **Pakiet nr 7 (poz. 1-5)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 7 (poz.1- 4) i Pakiet nr 10 (poz. 1) oraz **Pakiet nr 3 (poz. 1-8)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 3 (poz. 1-4) i Pakiet nr 9 (poz. 1-4). W dniu 21.03.2016r. zostało zamieszczone w **BZP** ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 29087-2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zmienionym SIWZ , załącznikami o numerach od 1.1-1.10 oraz odpowiedzią udzieloną na pytania Wykonawców, w której treści była zawarta informacja o dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez SUN – MED s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91 – 845 Łódź (dot. Pakietu nr 7). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (Rozdział VI B pkt. 1) „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) tj. posiada wpis do rejestru ewidencji wyrobów medycznych, deklarację zgodności , certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedni dla poszczególnych klas wyrobów medycznych począwszy od klasy I sterylnej. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji.” W odniesieniu do Pakietu nr 7 w zakresie poz. 3 i 4 Wykonawca złożył oświadczenie, iż asortyment nie był dotychczas sprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z uwagi na powyższe Wykonawca „nie posiada powiadomienia Prezesa Urzędu „(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Plus Sp. z o.o. Sonologic, sp.k., ul. Kresowa 7A lok 10, 22-400 Zamość (dot. Pakietu nr 7). W odniesieniu do asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 7 dot. pozycji nr 2 Zamawiający wymagał następującego wyrobu „Szczypczyki biopsyjne do endoskopii, wielorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator”. Zgodnie z zał. 1.7 w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie - szcypce biopsyjne w.u. , o numerze katalogowym WF-1816BS, producent– Wilson. Zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu załączonym przez Wykonawcę do oferty, oferowane szcypczyki posiadają Ø 1,9 mm, Zamawiający wymagał szcypczyków o Ø 1,8 mm, oferowany produkt jest niezgodny z SIWZ. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietu nr **7** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr: **1,4,5,10** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor  
mgr Wiesława Lech

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Elbląg dnia 05.04.2016r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

**INFORMACJA** o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Nr spr. ZP/13/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

Wartość netto: 780,00 zł

Wartość brutto: 959,40 zł

### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

Wartość netto: 22 000,00 zł

Wartość brutto: 23 760,00 zł

### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

Wartość netto: 11 960,00 zł

Wartość brutto: 12 916,80 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto: 57 250,00 zł

Wartość brutto: 61 830,00 zł

### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

Wartość netto: 14 558,50 zł

Wartość brutto: 15 723,18 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **11.04.2016r.** W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Oferta nr 2:

### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

C=97 pkt., T=1 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 1 = 98 pkt.

Oferta nr 3:

### **Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław**

Pakiet nr 7

C=97 pkt., T=3 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 3 = 100 pkt.

Oferta nr 4:

### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 5:

### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Pakiet nr 3


C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 8:

### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie (dot. Pakietu nr 7). Oferta złożona przez Wykonawcę na Pakiet nr 7 jest złożona nieprawidłowo, gdyż nie uwzględnia zmian dokonanych w dniu 21.03.2016 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta jest nieporównywalna z ofertami złożonymi przez pozostałych Wykonawców na Pakiet nr 7, ponieważ oferty pozostałych Wykonawców zostały złożone z uwzględnieniem zmian dot. rozdzielenia asortymentu na dwa odrębne Pakiety. W dniu 21.03.2016 roku Zamawiający w odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców przychylił się do wniosku Wykonawców i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rozdzielił asortyment wymieniony w dwóch pakietach tj. **Pakiet nr 7 (poz. 1-5)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 7 (poz.1- 4) i Pakiet nr 10 (poz. 1) oraz **Pakiet nr 3 (poz. 1-8)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 3 (poz. 1-4) i Pakiet nr 9 (poz. 1-4). W dniu 21.03.2016r. zostało zamieszczone w **BZP** ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 29087-2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zmienionym SIWZ , załącznikami o numerach od 1.1-1.10 oraz odpowiedzią udzieloną na pytania Wykonawców, w której treści była zawarta informacja o dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez SUN – MED s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91 – 845 Łódź (dot. Pakietu nr 7). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (Rozdział VI B pkt. 1) „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) tj. posiada wpis do rejestru ewidencji wyrobów medycznych, deklarację zgodności , certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedni dla poszczególnych klas wyrobów medycznych począwszy od klasy I sterylnej. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji.” W odniesieniu do Pakietu nr 7 w zakresie poz. 3 i 4 Wykonawca złożył oświadczenie, iż asortyment nie był dotychczas sprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z uwagi na powyższe Wykonawca „nie posiada powiadomienia Prezesa Urzędu „(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Plus Sp. z o.o. Sonologic, sp.k., ul. Kresowa 7A lok 10, 22-400 Zamość (dot. Pakietu nr 7). W odniesieniu do asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 7 dot. pozycji nr 2 Zamawiający wymagał następującego wyrobu „Szczypczyki biopsyjne do endoskopii, wielorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator”. Zgodnie z zał. 1.7 w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie - szczypce biopsyjne w.u. , o numerze katalogowym WF-1816BS, producent– Wilson. Zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu załączonym przez Wykonawcę do oferty, oferowane szczypczyki posiadają Ø 1,9 mm, Zamawiający wymagał szczypczyków o Ø 1,8 mm, oferowany produkt jest niezgodny z SIWZ. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietu nr **7** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr: **1,4,5,10** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor  
mgr Wiesława Lech

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Elbląg dnia 05.04.2016r.

### Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

**INFORMACJA** o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Nr spr. ZP/13/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

**Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

Wartość netto: 780,00 zł

Wartość brutto: 959,40 zł

**Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

Wartość netto: 22 000,00 zł

Wartość brutto: 23 760,00 zł

**AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

Wartość netto: 11 960,00 zł

Wartość brutto: 12 916,80 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto: 57 250,00 zł

Wartość brutto: 61 830,00 zł

**Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

Wartość netto: 14 558,50 zł

Wartość brutto: 15 723,18 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **11.04.2016r.** W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Oferta nr 2:

**Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

C=97 pkt., T=1 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 1 = 98 pkt.

Oferta nr 3:

**Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław**

Pakiet nr 7

C=97 pkt., T=3 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 3 = 100 pkt.

Oferta nr 4:

**Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 5:

**AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Pakiet nr 3


C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 8:

**Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie (dot. Pakietu nr 7). Oferta złożona przez Wykonawcę na Pakiet nr 7 jest złożona nieprawidłowo, gdyż nie uwzględnia zmian dokonanych w dniu 21.03.2016 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta jest nieporównywalna z ofertami złożonymi przez pozostałych Wykonawców na Pakiet nr 7, ponieważ oferty pozostałych Wykonawców zostały złożone z uwzględnieniem zmian dot. rozdzielenia asortymentu na dwa odrębne Pakiety. W dniu 21.03.2016 roku Zamawiający w odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców przychylił się do wniosku Wykonawców i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rozdzielił asortyment wymieniony w dwóch pakietach tj. **Pakiet nr 7 (poz. 1-5)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 7 (poz.1- 4) i Pakiet nr 10 (poz. 1) oraz **Pakiet nr 3 (poz. 1-8)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 3 (poz. 1-4) i Pakiet nr 9 (poz. 1-4). W dniu 21.03.2016r. zostało zamieszczone w **BZP** ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 29087-2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zmienionym SIWZ , załącznikami o numerach od 1.1-1.10 oraz odpowiedzią udzieloną na pytania Wykonawców, w której treści była zawarta informacja o dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez SUN – MED s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91 – 845 Łódź (dot. Pakietu nr 7). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (Rozdział VI B pkt. 1) „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) tj. posiada wpis do rejestru ewidencji wyrobów medycznych, deklarację zgodności , certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedni dla poszczególnych klas wyrobów medycznych począwszy od klasy I sterylnej. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji.” W odniesieniu do Pakietu nr 7 w zakresie poz. 3 i 4 Wykonawca złożył oświadczenie, iż asortyment nie był dotychczas sprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z uwagi na powyższe Wykonawca „nie posiada powiadomienia Prezesa Urzędu „(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Plus Sp. z o.o. Sonologic, sp.k., ul. Kresowa 7A lok 10, 22-400 Zamość (dot. Pakietu nr 7). W odniesieniu do asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 7 dot. pozycji nr 2 Zamawiający wymagał następującego wyrobu „Szczypczyki biopsyjne do endoskopii, wielorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator”. Zgodnie z zał. 1.7 w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie - szcypce biopsyjne w.u. , o numerze katalogowym WF-1816BS, producent– Wilson. Zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu załączonym przez Wykonawcę do oferty, oferowane szcypczyki posiadają Ø 1,9 mm, Zamawiający wymagał szcypczyków o Ø 1,8 mm, oferowany produkt jest niezgodny z SIWZ. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietu nr **7** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr: **1,4,5,10** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor  
mgr Wiesława Lech

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Elbląg dnia 05.04.2016r.

## Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

**INFORMACJA** o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Nr spr. ZP/13/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

Wartość netto: 780,00 zł

Wartość brutto: 959,40 zł

### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

Wartość netto: 22 000,00 zł

Wartość brutto: 23 760,00 zł

### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

Wartość netto: 11 960,00 zł

Wartość brutto: 12 916,80 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto: 57 250,00 zł

Wartość brutto: 61 830,00 zł

### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

Wartość netto: 14 558,50 zł

Wartość brutto: 15 723,18 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **11.04.2016r.** W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Oferta nr 2:

### **Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

C=97 pkt., T=1 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 1 = 98 pkt.

Oferta nr 3:

### **Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław**

Pakiet nr 7

C=97 pkt., T=3 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 3 = 100 pkt.

Oferta nr 4:

### **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 5:

### **AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Pakiet nr 3


C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 8:

### **Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie (dot. Pakietu nr 7). Oferta złożona przez Wykonawcę na Pakiet nr 7 jest złożona nieprawidłowo, gdyż nie uwzględnia zmian dokonanych w dniu 21.03.2016 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta jest nieporównywalna z ofertami złożonymi przez pozostałych Wykonawców na Pakiet nr 7, ponieważ oferty pozostałych Wykonawców zostały złożone z uwzględnieniem zmian dot. rozdzielenia asortymentu na dwa odrębne Pakiety. W dniu 21.03.2016 roku Zamawiający w odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców przychylił się do wniosku Wykonawców i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rozdzielił asortyment wymieniony w dwóch pakietach tj. **Pakiet nr 7 (poz. 1-5)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 7 (poz.1- 4) i Pakiet nr 10 (poz. 1) oraz **Pakiet nr 3 (poz. 1-8)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 3 (poz. 1-4) i Pakiet nr 9 (poz. 1-4). W dniu 21.03.2016r. zostało zamieszczone w **BZP** ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 29087-2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zmienionym SIWZ , załącznikami o numerach od 1.1-1.10 oraz odpowiedzią udzieloną na pytania Wykonawców, w której treści była zawarta informacja o dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez SUN – MED s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91 – 845 Łódź (dot. Pakietu nr 7). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (Rozdział VI B pkt. 1) „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) tj. posiada wpis do rejestru ewidencji wyrobów medycznych, deklarację zgodności , certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedni dla poszczególnych klas wyrobów medycznych począwszy od klasy I sterylnej. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji.” W odniesieniu do Pakietu nr 7 w zakresie poz. 3 i 4 Wykonawca złożył oświadczenie, iż asortyment nie był dotychczas sprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z uwagi na powyższe Wykonawca „nie posiada powiadomienia Prezesa Urzędu „(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Plus Sp. z o.o. Sonologic, sp.k., ul. Kresowa 7A lok 10, 22-400 Zamość (dot. Pakietu nr 7). W odniesieniu do asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 7 dot. pozycji nr 2 Zamawiający wymagał następującego wyrobu „Szczypczyki biopsyjne do endoskopii, wielorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator”. Zgodnie z zał. 1.7 w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie - szczypce biopsyjne w.u. , o numerze katalogowym WF-1816BS, producent– Wilson. Zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu załączonym przez Wykonawcę do oferty, oferowane szczypczyki posiadają Ø 1,9 mm, Zamawiający wymagał szczypczyków o Ø 1,8 mm, oferowany produkt jest niezgodny z SIWZ. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietu nr **7** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr: **1,4,5,10** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor  
mgr Wiesława Lech



	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Elbląg dnia 05.04.2016r.

### Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

**INFORMACJA** o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Nr spr. ZP/13/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

**Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

Wartość netto: 780,00 zł

Wartość brutto: 959,40 zł

**Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

Wartość netto: 22 000,00 zł

Wartość brutto: 23 760,00 zł

**AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

Wartość netto: 11 960,00 zł

Wartość brutto: 12 916,80 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto: 57 250,00 zł

Wartość brutto: 61 830,00 zł

**Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

Wartość netto: 14 558,50 zł

Wartość brutto: 15 723,18 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **11.04.2016r.** W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Oferta nr 2:

**Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

C=97 pkt., T=1 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 1 = 98 pkt.

Oferta nr 3:

**Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław**

Pakiet nr 7

C=97 pkt., T=3 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 3 = 100 pkt.

Oferta nr 4:

**Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 5:

**AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Pakiet nr 3


C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 8:

**Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie (dot. Pakietu nr 7). Oferta złożona przez Wykonawcę na Pakiet nr 7 jest złożona nieprawidłowo, gdyż nie uwzględniła zmian dokonanych w dniu 21.03.2016 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta jest nieporównywalna z ofertami złożonymi przez pozostałych Wykonawców na Pakiet nr 7, ponieważ oferty pozostałych Wykonawców zostały złożone z uwzględnieniem zmian dot. rozdzielenia asortymentu na dwa odrębne Pakiety. W dniu 21.03.2016 roku Zamawiający w odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców przychylił się do wniosku Wykonawców i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rozdzielił asortyment wymieniony w dwóch pakietach tj. **Pakiet nr 7 (poz. 1-5)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 7 (poz.1- 4) i Pakiet nr 10 (poz. 1) oraz **Pakiet nr 3 (poz. 1-8)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 3 (poz. 1-4) i Pakiet nr 9 (poz. 1-4). W dniu 21.03.2016r. zostało zamieszczone w **BZP** ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 29087-2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zmienionym SIWZ , załącznikami o numerach od 1.1-1.10 oraz odpowiedzią udzieloną na pytania Wykonawców, w której treści była zawarta informacja o dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez SUN – MED s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91 – 845 Łódź (dot. Pakietu nr 7). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (Rozdział VI B pkt. 1) „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) tj. posiada wpis do rejestru ewidencji wyrobów medycznych, deklarację zgodności , certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedni dla poszczególnych klas wyrobów medycznych począwszy od klasy I sterylnej. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji.” W odniesieniu do Pakietu nr 7 w zakresie poz. 3 i 4 Wykonawca złożył oświadczenie, iż asortyment nie był dotychczas sprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z uwagi na powyższe Wykonawca „nie posiada powiadomienia Prezesa Urzędu „(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Plus Sp. z o.o. Sonologic, sp.k., ul. Kresowa 7A lok 10, 22-400 Zamość (dot. Pakietu nr 7). W odniesieniu do asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 7 dot. pozycji nr 2 Zamawiający wymagał następującego wyrobu „Szczypczyki biopsyjne do endoskopii, wielorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator”. Zgodnie z zał. 1.7 w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie - szcypce biopsyjne w.u. , o numerze katalogowym WF-1816BS, producent– Wilson. Zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu załączonym przez Wykonawcę do oferty, oferowane szcypczyki posiadają Ø 1,9 mm, Zamawiający wymagał szcypczyków o Ø 1,8 mm, oferowany produkt jest niezgodny z SIWZ. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietu nr **7** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr: **1,4,5,10** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor  
mgr Wiesława Lech

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Elbląg dnia 05.04.2016r.

### Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne

**INFORMACJA** o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.  
Nr spr. ZP/13/2016

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 zawiadamia, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego trybem przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp., zostały wybrane oferty firm:

**Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

Wartość netto: 780,00 zł

Wartość brutto: 959,40 zł

**Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

Wartość netto: 22 000,00 zł

Wartość brutto: 23 760,00 zł

**AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

Wartość netto: 11 960,00 zł

Wartość brutto: 12 916,80 zł

Pakiet nr 3

Wartość netto: 57 250,00 zł

Wartość brutto: 61 830,00 zł

**Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

Wartość netto: 14 558,50 zł

Wartość brutto: 15 723,18 zł

Umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zostać podpisane nie wcześniej niż **11.04.2016r.** W przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

Informacje o firmach, które złożyły oferty oraz streszczenie oceny zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp:

Oferta nr 2:

**Centrum Zaopatrzenia Leczniczego „CEZETEL” Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn**

Pakiet nr 8

C=97 pkt., T=1 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 1 = 98 pkt.

Oferta nr 3:

**Varimed Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław**

Pakiet nr 7

C=97 pkt., T=3 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 3 = 100 pkt.

Oferta nr 4:

**Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżycka 24, 02-135 Warszawa**

Pakiet nr 6

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 5:

**AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89 B, 02-826 Warszawa**

Pakiet nr 2

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Pakiet nr 3


C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

Oferta nr 8:

**Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl**

Pakiet nr 9

C=97 pkt., T=2 pkt., Suma punktów C +T = 97 + 2 = 99 pkt.

	<p>Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II ; ul. Żeromskiego 22 ; 82-300 Elbląg tel. 0-55 230-41-97 , fax. 0-55 230-41-50 e-mail: <a href="mailto:zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl">zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</a> , <a href="mailto:sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl">sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl</a></p>	<p>Nr sprawy: ZP/13/2016</p>
	<p>Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.</p>	

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie (dot. Pakietu nr 7). Oferta złożona przez Wykonawcę na Pakiet nr 7 jest złożona nieprawidłowo, gdyż nie uwzględnia zmian dokonanych w dniu 21.03.2016 r. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta jest nieporównywalna z ofertami złożonymi przez pozostałych Wykonawców na Pakiet nr 7, ponieważ oferty pozostałych Wykonawców zostały złożone z uwzględnieniem zmian dot. rozdzielenia asortymentu na dwa odrębne Pakiety. W dniu 21.03.2016 roku Zamawiający w odpowiedzi na pytania nadesłane przez Wykonawców przychylił się do wniosku Wykonawców i na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp rozdzielił asortyment wymieniony w dwóch pakietach tj. **Pakiet nr 7 (poz. 1-5)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 7 (poz.1- 4) i Pakiet nr 10 (poz. 1) oraz **Pakiet nr 3 (poz. 1-8)** na dwa oddzielne Pakiety o numerach: Pakiet nr 3 (poz. 1-4) i Pakiet nr 9 (poz. 1-4). W dniu 21.03.2016r. zostało zamieszczone w **BZP** ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 29087-2016, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wraz z zmienionym SIWZ , załącznikami o numerach od 1.1-1.10 oraz odpowiedzią udzieloną na pytania Wykonawców, w której treści była zawarta informacja o dokonanych zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez SUN – MED s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91 – 845 Łódź (dot. Pakietu nr 7). Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (Rozdział VI B pkt. 1) „Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) tj. posiada wpis do rejestru ewidencji wyrobów medycznych, deklarację zgodności , certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedni dla poszczególnych klas wyrobów medycznych począwszy od klasy I sterylnej. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formie opisu przynależność ww. dokumentów do określonego numeru pakietu i pozycji.” W odniesieniu do Pakietu nr 7 w zakresie poz. 3 i 4 Wykonawca złożył oświadczenie, iż asortyment nie był dotychczas sprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z uwagi na powyższe Wykonawca „nie posiada powiadomienia Prezesa Urzędu „(Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Plus Sp. z o.o. Sonologic, sp.k., ul. Kresowa 7A lok 10, 22-400 Zamość (dot. Pakietu nr 7). W odniesieniu do asortymentu wymienionego w Pakiecie nr 7 dot. pozycji nr 2 Zamawiający wymagał następującego wyrobu „Szczypczyki biopsyjne do endoskopii, wielorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 100 cm - 160 cm, miseczki owalne lub typu aligator”. Zgodnie z zał. 1.7 w formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferował produkt o nazwie - szczypce biopsyjne w.u. , o numerze katalogowym WF-1816BS, producent– Wilson. Zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu załączonym przez Wykonawcę do oferty, oferowane szczypczyki posiadają Ø 1,9 mm, Zamawiający wymagał szczypczyków o Ø 1,8 mm, oferowany produkt jest niezgodny z SIWZ. Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę, gdyż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietu nr **7** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowania w zakresie pakietów nr: **1,4,5,10** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na powyższe pakiety nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor  
mgr Wiesława Lech