

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-64 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , http://www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl/	Nr sprawy: ZP/12/2017
	Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 36 miesięcy	

Elbląg dnia 13.04.2017 r.

Wg rozdzielnika

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał w załączniku Nr 2C – formularz ofertowy do SIWZ - Parametry graniczne, wyposażenie ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH w poz. 10, aby analizator **umożliwił wykonania podstawowego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości nie większej niż 70µl.**

Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 30.03.2017 r. przez pomyłkę dopuścił analizator umożliwiający uzyskanie wyniku z maksymalnej objętość próbki 100 µl z kapilary. W związku z przeznaczeniem ww. sprzętu do wykonywania szybkiej diagnostyki na pododdziale neonatologicznym, błędem była zmiana parametrów technicznych analizatora gazometrycznego w zakresie minimalnej ilości potrzebnej do badania krwi pobieranej od noworodków. Skuteczne i prawidłowe pobranie krwi u noworodka do kapilary o objętości 100 µl jest w większości przypadków niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe, co w większości przypadków przełoży się na niemiernodajne wyniki badań.

W związku z tym Zamawiający postanawia tak jak na wstępie.

Z poważaniem

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski